

II. Izmjena tehničkih specifikacija

Prilog II.

Tehničke specifikacije

Sterilizator

- kućište od nehrđajućeg čelika
- Permeabilnost svih kontaminiranih instrumenata vrućim zrakom koji sterilizator proizvodi
- Vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika
- Unutrašnja struktura, dvije podesive unutarnje police i vrata u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika
- Unutrašnja struktura i vrata obrubljeni netoksičnim brtvilom od silikonske gume
- Grijaći element
- Zaključavanje na ključ
- timer ima raspon od 0 do 120 minuta
- Reguliranje temperature od 0° do min 200°C
- Vanjske dimenzije: min 835(d) x 565(š) x 555(v) mm
- Unutarnje dimenzije: 670(d) x 420(š) x 415(v) mm
- Zapremina 60l-120 l

Autoklav

- B klasa
- 7 programa: 5 programa sterilizacije (134°C i 121°C) i 2 testna programa
- veliki Touch Screen LED ekran
- spremnik za vodu
- 6 – slojna komora od čelika
dimenzije komore min. 0249x450
- rešetka od čelika SS304, može se rotirati za min 90°
- 5 tacni
- dvostruki mehanizam zaključavanja – mehaničkom i zračnom bravom
- opcijski printer